

吸烟机询价公告

- 一、询价编号：SKYYCG20230204529
- 二、项目名称：吸烟机
- 三、资金控制金额：49600 元
- 四、项目资质需求：具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织，提供营业执照扫描件，原件备查；
- 五、产品需求表：
 - 1、吸烟机具有专利证书，过滤芯具有专利证书。
 - 2、烟雾的过滤能力：能有效的吸附过滤手术中产生的有害气体、0.1um 以下的烟雾微粒和生物碎片。
 - 3、噪音：噪音低于 65 分贝
 - 4、主滤芯：主滤芯采用碳纤维材料多级分流过滤。
 - 5、吸烟管：吸烟管可自由调节，操作方便，不影响治疗操作。
 - 6、吸烟手具：配套专用吸烟手具可与设备治疗手具完美结合，不影响临床使用操作。
 - 7、净化效率：大于 99.9%。
 - 8、最大流量：2100L/min。
 - 9、工作电源：AC220V 50Hz 1000W
 - 10、配置清单：1、主机 2 台

- | | |
|---------|-----|
| 2、初级过滤盒 | 4 个 |
| 3、吸烟手具 | 4 个 |
| 4、吸烟管 | 4 根 |
| 5、电源线 | 2 根 |
| 6、合格证 | 2 份 |
| 7、使用说明书 | 2 份 |

六、商务参数

1、报价要求：

供应商的报价须以人民币为单位。报价为完成本项目所需费用的总和，本项目合同总价在合同执行过程中是固定的，不因情况变化而调整。

2、交货地点：医院指定地点。

3、验收：

(1) 项目双方检验认可后，签署验收报告，质保期自验收合格之日起算。

(2) 当满足以下条件时，采购单位才向供应商签发验收报告：

a、供应商已按照合同规定提供了全部服务及完整的技术资料。

b、符合询价文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、对甲方相关人员完成相应的培训。

4、售后服务：

(1)、专用吸烟手具，终身免费更换维护

(2)、对非使用者人为破坏情况下出现的质量问题，由中选供应商免费维修或更换。

七、**结算方式**：按采购人财务科规定的付款方式。

八、**投递文件截止时间**：2023年8月15日17:00

九、**投递相关电子文件**：

- 1、三证合一的营业执照；
- 2、报价单（表内需供联系人、联系方式及报价）。
- 3、必须提供技术参数偏离表（附件2）
- 4、提供专利证书；

十、**投递方式**：扫描二维码添加QQ发送电子文件。

Danny

QQ: 472531006



（注：验证消息需备注写明报名项目及公司名称，若不按要求者无法验证通过）

深圳市前海蛇口自贸区医院招标采购办公室

2023年8月

11日

附表1

—招标采购办公室—

报价表

深圳市前海蛇口自贸区医院：

报价如下（人民币报价、单位：元）

品牌名称	单价	数量	总价	保修期

法人或法人授权人签名：

联系人：

联系方式：

公司盖章：

年 月 日

附表 2

技术参数偏离表

序号	货物名称	投标文件技术要求	投标文件技术应答	偏离情况	说明

备注：

1、“投标文件技术应答”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求，否则评标委员会有权认定为不合格响应。

2、投标产品的技术参数应尽可能提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商或合法代理商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置（标明具体页码）。

3、证明资料（均为扫描件）的提供要求：

（1）产品说明书或彩页应为制造商或合法代理商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商或合法代理商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证

—招标采购办公室—

件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

4、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

未达到以上提供要求的，评标委员会有权认定为不合格响应，其相关分数予以扣减或作废标处理。